



CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

propedeutica all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento della fornitura di **“n.1 sistema di monitoraggio tramite telemetrie”** da destinare alla struttura OBI e Medicina d'Urgenza del PO di Seriate.

L'ASST ai sensi dell'art. n.77 del D. L.gs. 36/2023, informa gli Operatori Economici interessati che, mediante la presente Consultazione di Mercato intende procedere all'affidamento della **fornitura di “n.1 sistema di monitoraggio tramite telemetrie”** da destinare alla struttura OBI e Medicina d'Urgenza del PO di Seriate.

1. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

REPARTO	APPARECCHIATURA	QUANTITA'
OBI E MEDICINA D'URGENZA	CENTRALE DI MONITORAGGIO	1
	TELEMETRIE	10
	MONITOR MULTIPARAMETRICI	2

Le apparecchiature fornite dovranno essere nuove, di ultima generazione, dotate di tutti gli accessori, i raccordi ed i collegamenti necessari per il perfetto funzionamento di tutte le componenti del sistema. In caso di assenza dovranno essere forniti a titolo gratuito.

La ditta dovrà garantire la fornitura di tutte le parti di ricambio e di consumo necessarie alla manutenzione e all'utilizzo dell'apparecchio, nonché la fornitura di eventuali aggiornamenti, per almeno **10 anni** a decorrere dalla data di collaudo.

Si elencano di seguito le caratteristiche richieste:

N.1 CENTRALE DI MONITORAGGIO

- Centrale di monitoraggio per visualizzazione, memorizzazione e valutazione dei dati provenienti dai monitor paziente e dalle telemetrie;



- Gestione di tutte le 12 postazioni al massimo livello d'integrazione (monitor multiparametrici e telemetrie);
- Gestione di tutte le postazioni monitorate con due display ad alta risoluzione da almeno 21";
- Visualizzazione contemporanea di tutti i posti letto monitorizzati con riproduzione dei dati e relativi allarmi rilevati dagli stessi in modo integrale;
- Memorizzazione ed analisi di tutte le tracce dei parametri rilevati per un tempo non inferiore a 72 ore in modalità "full disclosure";
- Possibilità di gestire e configurare tutti i parametri e le forme d'onda;
- Possibilità di ricerca dati tramite filtri predefiniti o personalizzati;
- Possibilità di stampa dei parametri, allarmi, calcoli, trend, misure, eventi, anagrafica paziente, configurabile dagli utilizzatori;
- Interfaccia di rete dati di tipo Ethernet;
- Fornitura ed installazione di una stampante laser bianco/nero formato di stampa A4 con scheda di rete Ethernet e porta USB;

N.10 TELEMETRIE

- Peso e dimensioni ridotte;
- Monitoraggio di:
 - ECG 3 o 5 derivazioni;
 - SpO2;
 - NIBP;
- Riconoscimento delle principali aritmie cardiache con relativo allarme, analisi del tratto ST e analisi del tratto QT/QTc;
- Riconoscimento automatico del pacemaker impiantato nel paziente;
- Trasmissione dei dati Wi-Fi su banda 2.4-5 GHz;
- Dotato di un sistema di trasporto comodo per il paziente **non esclusivo sul mercato**;
- Dotato di batteria ricaricabile; deve essere fornito:
 - N.5 batterie di ricambio;
 - n.1 stazione di ricarica multibatteria;



N.2 MONITOR MULTIPARAMETRICI

- Monitor paziente multiparametrico con display LED a colori da almeno 10" con la visualizzazione di almeno 3 tracce;
- Monitoraggio dei seguenti parametri:
 - ECG a 3 o 5 derivazioni;
 - SpO2;
 - NIBP;
- Riconoscimento delle principali aritmie cardiache con relativo allarme, analisi del tratto ST e analisi del tratto QT/QTc;
- Presenza di allarmi acustici e visivi con differenti livelli di priorità;
- Presenza di almeno 24 ore di registrazione dei parametri rilevati con trend ed eventuali allarmi riscontrati;
- Dotato di batteria ausiliaria con una autonomia di almeno 2 ore;
- Trasmissione dei dati Wi-Fi su banda 2.4-5 GHz;
- Protetto contro la scarica del defibrillatore;
- Software del monitor completamente in lingua italiana;

Accessori richiesti nella configurazione d'offerta:

per ogni telemetria:

- n.1 Bracciale NIBP adulto taglia M;
- n.1 Bracciale NIBP adulto taglia L;
- Sensore SpO2 a dito adulto riutilizzabile;
- Cavo ECG a 3/5 derivazioni;
- N.5 sistemi per il trasporto monopaziente (tracolla)

per ogni monitor:

- n.1 Bracciale NIBP adulto taglia M;
- n.1 Bracciale NIBP adulto taglia L;
- Sensore SpO2 a dito adulto riutilizzabile;
- Cavo ECG a 3/5 derivazioni;
- **Carrello**



Le apparecchiature offerte non devono richiedere materiale di consumo dedicato esclusivo.

Inoltre, il produttore deve essere in possesso delle seguenti certificazioni:

- ISO 13485:2016 Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi Medici
- EN ISO 14971 Medical devices — Application of risk management to medical devices
- CEI EN 62366 Medical devices Application of usability engineering to medical devices

2. REQUISITI E MODALITÀ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

2.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dagli artt. 94 e succ. del D. Lgs. n.36/2023, pena l'esclusione.

2.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera I), dell'[allegato I.1](#), costituiti conformemente alla legislazione vigente, essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l'oggetto dell'appalto.

2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

Essere in possesso delle risorse umane, tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

Gli operatori economici interessati alla procedura in parola, in possesso dei requisiti sopra indicati, sono invitati ad inoltrare, **entro e non oltre il giorno 27.05.2025 alle ore 12:00**, una Dichiarazione di interesse alla fornitura tramite la Piattaforma Sintel.

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà affidato mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 – comma 2 – del D.Lgs n. 36/2023.

4. MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI



Trattasi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura negoziata, a cui l'ASST Bergamo Est ammetterà i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

5. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE.

L'ASST ammetterà alla fase di procedura negoziata tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che avranno interesse a partecipare e avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso.

7. AVVERTENZE

Si precisa che il presente avviso non pone in essere nessuna procedura di gara. La consultazione del mercato ha scopo puramente conoscitivo e finalizzato all'accertamento della presenza di operatori economici in grado di effettuare la fornitura di cui sopra.

Le manifestazioni di interesse formulate da soggetti non in possesso dei requisiti necessari non saranno prese in considerazione.

I dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e al solo fine amministrativo. Nel formulare la propria manifestazione di interesse si dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione di cui sopra.

Seriate, 16.05.2025.

IL DIRETTORE DELLA S.C
GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA
(Dr. Felice Petrella)